ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel. 22 277 52 00, faks 22 277 52 02
sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl, zlobki.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 17.08.2020 r.

Znak sprawy: ZZ-KO.26.2.2020.MWI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zakupu urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury – „śluza dezynfekująca"

1. Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,3°C

   ODPOWIEDŹ:

   Zamawiający w punkcie 1.2.3 dokonuje zmiany i nadaje mu brzmienie:
   - Dokładność pomiaru temperatury +/-0,5°C

2. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia spełniającego warunki techniczne zapytania ofertowego z ekranem wielkości 7 cali?

   ODPOWIEDŹ:

   Nie, zamawiający w zapytaniu ofertowym w punkcie 1.2.3, wskazał ekran o przekątnej minimum 8 Cali tym samym jest to najmniejszy ekran jaki zamawiający dopuszcza do wykonania zamówienia, jednak zamawiający nie określił największej przekątnej ekranu.

3. Jakie komunikaty alarmowe oczekuje Zamawiający? Tylko Świetlne i dźwiękowe czy również głosowe w j. polskim.

   ODPOWIEŹ:
   Zamawiający wskazał w Zapytaniu ofertowym w punkcie 1.2.3 iż komunikat głosowy ma dotyczyć tylko instrukcji obsługi podczas pomiaru. Komunikaty świetlne i dźwiękowe mają pojawić się w przypadku uzyskania wyniku pomiaru nie kwalifikującego osoby do przejścia dalej.

4. W pkt. 5.1 Zamawiający oczekuje aby urządzenia i wszystkie składowe były zasilane napięciem 230 V. Z uwagi na fakt, że wszystkie urządzenia wskazane w tym zapytaniu standardowo zasilane są prądem bezpiecznym w zakresie 5 - 12 V rozumiemy, że urządzenia mogą być zasilane poprzez zasilacz np. 230 V/ 12 V ?

   ODPOWIEDŹ:

   Zamawiający w pkt. 5.1 określił, iż całe urządzenie powinno być podłączone jednym kablem do gniazda zasilającego 230 V. Jeżeli urządzenia składowe zasilane są innym zasilaniem Zamawiający dopuszcza użycie zasilacza.

5. "Personalizowaną obudowę i panel z trwałego materiału (np. plexi/pcv/metal itp.) z kolorowym nadrukiem odpornym na dezynfekcję o wysokości **min. 180 cm** i szerokości nie mniejszej niż szerokość urządzenia.
   Ta wytyczna odnosi się całego kompletu, tj. 2 stanowisk? Czy jest to założenie dla jednego stanowiska?

   ODPOWIEDŹ:

   Wytyczna ta dotyczy jednego urządzenia.

6. Co zamawiający rozumie przez stwierdzenie możliwość rozłączenia dwóch urządzeń składających się na komplet ?

   ODPOWIEDŹ:

   Komplet to dwa urządzenia, każde z urządzeń pracuje niezależnie od drugiego.

7. Jakiej klasy bezpieczeństwa ma być laser zastosowany w sensorze pomiaru odległości którego celem jest automatyczna korekta temperatury. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci. Czy zamiast pomiaru laserowego zamawiający dopuszcza system automatycznego ogniskowania ?

   ODPOWIEDŹ:

   Zamawiający wymaga aby klasa bezpieczeństwa dotycząca lasera była bezpieczna dla osoby która poddawana jest pomiarowi.

   Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania z systemem automatycznego ogniskowania.

8. Z opisu wynika że urządzenie ma stanowić całość jednakże każdy z elementów ma miec możliwość samodzielnej pracy, proszę zatem o wyjaśnienie:
   a) czy kamera termowizyjna z monitorem ma być zdejmowana z totemu ?
   jeżeli tak to jak Zamawiający przewiduje ją zamontować w innym miejscu - dodatkowy stojak, wieszak na ścianę itp
   b) czy bezdotykowy termometr ma być wbudowany w totem czy "mobilny" aby dało się w wygodny sposób dokonac pomiaru temperatury dziecka w wózku ?
   c) czy urządzenie do dezynfekcji ma mieć postać wbudowaną w totem , zaś po "demontażu" ma mieć postac wiszącą czy stojącą ?
   d) jak należy rozumieć wskazany w pkt 1.2.3 zapis " Sensor termometru bezdotykowego umieszczony na wysokości umożliwiającej pomiar temperatury dziecka bez pomocy/udziału osoby dorosłej" - czy to jest ten sam sensor co "bezdotykowy termometr " ? Jeżeli tak, to w jaki sposób ma być dokonywany pomiar i odczyt temperatury ? Jeżeli jest to inny sensor to czy ma on mieć możliwosc samodzielnej pracy jak pozostałe elementy zestawu.

   ODPOWIEDŹ:

   Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamawiający określił w punkcie 1.2.2. wyposażenie każdego urządzenia :

- **Termowizyjną kamerę** – do pomiaru temperatury ciała z twarzy osoby dorosłej z możliwością pomiaru temperatury z twarzy dziecka na rękach – montaż na wysokości twarzy dorosłego człowieka.
- **Bezdotykowy termometr** automatyczny umożliwiający pomiar temperatury dziecka w wózku z jego główki lub nadgarstka/dłoni.
- Bezdotykowy automatyczny **dozownik na płyn dezynfekujący** z możliwością regulacji ilości płynu w pojedynczej dozie.

Kamera termowizyjna wraz z monitorem i dozownikiem powinna być trwale zamontowana na urządzeniu.

9. Doświadczenie wykonawcy o wadze aż 30% - to kryterium w żaden sposób nie jest dookreślone co miałoby być przedmiotem dostawy lub usługi. Czy oznacza to że np usługi cateringowe będą miały tą samą wagę co dostawa urządzeń np do dezynfekcji dłoni ? Tak ogólnie określone kryterium mające jednakże wagę niewiele mniejszą od ceny urządzenia powodować może, że do postępowania przystępować mogą firmy nie mające żadnego doświadczenia technologicznego - np wspomniane firmy cateringowe czy np firmy sprzątające.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Kryteriami oceny zamawiający szczegółowo wyjaśnił na jakiej podstawie będzie przydzielał punkty za doświadczenie wykonawcy. Poniżej zamieszczono kryteria związane z punktem 5.2 dotyczącym kryterium Doświadczenie wykonawcy:

Na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium należy przedstawić doświadczenie w realizacji zamówień (dostaw towarów i usług), wykazanych w Tabeli nr 1 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Informacje na temat zrealizowanego zamówienia należy przedstawić w Tabeli nr 1 Formularza Oferty stanowiącego Załącznik do zapytania ofertowego. Wykonawca otrzyma 10 pkt. za każde zrealizowane zamówienie dot. dostaw towarów i usług o wartości przekraczającej 10 000,00 zł brutto każde do: żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, punktu dziennej opieki dla dzieci lub instytucji o profilu dziecięcym np. Szpitali, Oddziałów Specjalistycznych i Przychodni. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 pkt. Doświadczenie Wykonawcy musi być potwierdzone poprzez odpowiednie dokumenty np. referencje, protokoły odbioru.

10. Czy system wykrywania maseczki jest obowiązkowy? Czy system ma działać dla osoby dorosłej?, dziecka na rękach?, dziecka wykonującego pomiar bez udziału osoby dorosłej ?, dziecka w wózeczku?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający wymaga systemu rozpoznawania maseczki na twarzy z możliwością jego wyłączenia. System ma wykrywać maseczkę u osoby dorosłej, Dzieci nie mają obowiązku chodzenia w maseczce.

11. Czy każdy czujnik ma mieć oddzielny ekran ?, także ten termometr mobilny/ ruchomy?

ODPOWIEDŹ:

Wszystkie czujniki trwale zamontowane na urządzeniu powinny być podłączone do jednego ekranu zamontowanego na urządzeniu.

Zamawiający nie określił w jaki sposób ma być podłączony termometr mobilny z ekranem.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
ZESPOŁU [illegible] KÓW
m.st. Warszawy
Izabela Pietrzyk

INSPEKTOR
Paweł Rogala