

Część 2 - Dostawa wyposażenia w sprzęt pierwszej pomocy Zespół Żłobków m. st. Warszawy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia  | ilość   |
|------|---|---------|
| 1    | <p><b>Zautomatyzowany defibrylator AED</b></p> <p><b>Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej następujące wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>funkcjonalność:</b> defibrylator może być automatyczny lub półautomatyczny, prosty w obsłudze, niezawodny i stale gotowy do użycia.</li> <li>b. <b>trwałość:</b> defibrylator musi być odporny na uszkodzenia - szczegółowe parametry odporności zostały określone w dalszej części OPZ,</li> <li>c. <b>bezpieczeństwo użytkownika:</b> defibrylator podczas pracy musi być bezpieczny dla użytkownika i poszkodowanego</li> <li>d. <b>stan techniczny:</b> dostarczone urządzenia muszą być sprzętem pełnowartościowym, fabrycznie nowym w pierwszym gatunku, <b>musi zawierać w zestawie szafkę na defibrylator AED</b></li> </ul> <p><b>Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwufazowa ścięta wykładniczo fala z uwzględnieniem impedancji pacjenta</li> <li>2. Wzrastająca energia wstrząsów dla dorosłych (do co najmniej 360 dżuli), wzrastająca energia dla dzieci ( do co najmniej 75 dżuli)</li> <li>3. <b>Wersja automatyczna lub półautomatyczna</b></li> <li>4. Widoczny wskaźnik gotowości do użycia lub braku sprawności</li> <li>5. Łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wstrząsu max 10s</li> <li>6. Przełączenie trybu pracy na pediatryczny za pomocą przycisku ( bez żadnych dodatkowych akcesoriów)</li> <li>7. Wbudowany metronom</li> <li>8. Automatycznie przeprowadzane autotesty w cyklu codziennym</li> <li>9. Stopień odporności IP55 przy podłączonych elektrodach i baterii</li> <li>10. Pamięć cyfrowa rejestrująca wszystkie czynności podczas jego działania oraz dane EKG</li> <li>11. Bezprzewodowa aktualizacja wytycznych bez konieczności odsyłania do producenta.</li> <li>12. Po uruchomieniu urządzenie winno wydawać komunikaty głosowe instruujące użytkownika o sposobie postępowania, o działaniach, które powinien wykonać w celu podjęcia akcji ratowniczej z użyciem defibrylatora AED. Informacje i komunikaty głosowe w języku polskim o podejmowanych działaniach między innymi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprawidłowym podłączeniem elektrod</li> <li>- wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia</li> <li>- o wykryciu ruchu pacjenta</li> </ul> </li> </ol> | 69 szt. |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>13. Algorytm postępowania musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z możliwością aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania go do producenta. Automatyczna analiza EKG. Automatyczne dostosowanie energii wyzwala impuls defibracyjny w zależności od wyniku analizy.</p> <p><b>ELEKTRODY</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samoprzylepne, każda oznaczona rysunkiem pokazującym dokładne miejsce przyklejenia na ciele</li> <li>2. Podłączone do defibrylatora podczas przechowywania</li> <li>3. Jeden uniwersalny rodzaj dla dorosłych i dla dzieci</li> <li>4. Termin przydatności minimum 48 miesięcy</li> </ol> <p><b>BATERIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojedyncza, licowa, nieładowna</li> <li>2. Okres żywotności minimum 48 miesięcy</li> <li>3. Nowa ma zapewniać co najmniej 120 wyładowań</li> </ol> <p><b>INNE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autoryzowany serwis na terenie Polski- należy załączyć do oferty adresy serwisu</li> <li>2. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim.</li> <li>3. Gwarancja producenta na AED minimum 5 lat. W okresie gwarancji dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw, gwarancyjnych <b>w tym koszty wymiany elektrod i baterii</b>, na czas serwisu dostarczy zastępcze AED</li> <li>4. Temperatura pracy i czuwania: od 0 do +50°C</li> <li>5. W zestawie dostawca dostarczy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- torbę transportową do defibrylatora, obsługa AED bez konieczności wyciągania z torby transportowej</li> <li>- <b>gablotę, system dedykowany do przechowywania defibrylatorów</b></li> <li>- <b>piktogram AED oraz instrukcję RKO z AED</b></li> <li>- apteczkę AED (maska CPR, 2 pary rękawic jednorazowych, nożyczki ratownicze, środek dezynfekcyjny golarka jednorazowa)</li> </ul> </li> <li>6. Certyfikat: Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania deklaracji zgodności CE, zgodnej z dyrektywą medyczną 93/42/EEC PN-EN 60601 lub równoważne.</li> </ol> |  |
| 2 | <p><b>Plecak dla Patrołu Ratowniczego z Wyposażeniem</b></p> <p>Plecak powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- być wykonany z wytrzymałego materiału,</li> </ul>  |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiadać dwie wypinane saszetki.</li> <li>- osobno zapakowany worek samorozprężalny i ssak,</li> <li>- miejsce na kołnierze zaprojektowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca i nie uszkadzały ich konstrukcji,</li> <li>- przegroda zawiera sprzęt do udrożniania dróg oddechowych, miejsce na środki opatrunkowe.</li> </ul> <p><b>Zestaw zawiera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 szt. Rurki ustno gardłowe Gudela</li> <li>- 1 szt. Resuscytator z maską nr 3 i nr 5, rezerwuarem, przewodem tlenowym</li> <li>- 1 szt. Ssak mechaniczny ręczny Helbig</li> <li>- 1 szt. Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S” DAR</li> <li>- 3 szt. Zestaw ratunkowy rurek LTD</li> <li>- 2 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1m2</li> <li>- 2 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m2</li> <li>- 2 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m2</li> <li>- 2 szt. Bandaż dziany 4mx5cm</li> <li>- 2 szt. Bandaż dziany 4mx10cm</li> <li>- 2 szt. Bandaż dziany 4mx15cm</li> <li>- 2 szt. Bandaż elastyczny 4mx8cm</li> <li>- 2 szt. Bandaż elastyczny 4mx10cm</li> <li>- 2 szt. Bandaż elastyczny 4mx12cm</li> <li>- 1 szt. Plaster z opatrunkiem 1mx6cm</li> <li>- 1 szt. Przylepiec bez opatrunku 5mx2,5cm</li> <li>- 3 szt. Kompres gazowy jałowy 5cm x 5cm</li> <li>- 3 szt. Kompres gazowy jałowy 9cm x 9cm</li> <li>- 1 szt. Nożyczki ratownicze 19 cm ze stopką</li> <li>- 1 szt. Płyn do dezynfekcji 250ml</li> <li>- 1 szt. Płyn do dezynfekcji rąk 100ml</li> <li>- 5 par Rękawiczki lateksowe</li> <li>- 3 szt. Koc ratunkowy</li> <li>- 5 szt. Sól fizjologiczna 0,9% 10ml</li> <li>- 1 szt. Kołnierz regulowany dla dorosłych</li> <li>- 1 szt. Kołnierz regulowany dla dzieci</li> <li>- 3 szt. Worki na odpady</li> <li>- 1szt. Opaska uciskowa</li> </ul> | <p><b>1szt</b></p> |
|---|--------------------|