



ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel. 22 565 23 55, faks 22 845 07 14
www.zlobki.waw.pl

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.51.19

L.dz. 544.MPO.22-5

Warszawa, dnia 28.11.2019 r.

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu szkoleniowego i wyposażenia na potrzeby udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z którym „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

Pytanie1:

Dotyczy OPZ - Temperatura pracy i czuwania

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne urządzenie iPad SP1, które zgodnie ze specyfikacją producenta posiada zakres temperatur pracy: 0 - 50 stopni Celsjusza, a czuwania 0 - 43 stopni Celsjusza?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany opisu poz. 1 załącznika nr 3.A do SIWZ (OPZ).

Pytanie2:

Dotyczy OPZ - autoryzowany serwis na terenie Polski - należy załączyć do oferty adresy serwisu

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (art 90 ust. 4) na terenie Polski producent lub autoryzowany dystrybutor wskazuje podmiot uprawniony do wykonywania czynności serwisowych.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu na:

Autoryzowany serwis na terenie Polski - należy załączyć do oferty oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (zgodnie z deklaracją zgodności), że oferowane urządzenia są objęte serwisem na terenie Polski zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany opisu poz. 1 załącznika nr 3.A do SIWZ (OPZ).

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż: „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.” modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

1. **Załącznik 3.A do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.**
2. **§ 9 ust. 2 Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie:**
 2. **Serwis gwarancyjny świadczony będzie, w miarę możliwości, w miejscu użytkowania przez Zamawiającego przedmiotu umowy (a w przypadku gdy nie będzie to możliwe – w autoryzowanym serwisie producenta na terenie RP lub autoryzowany dystrybutor wskaże podmioty uprawnione do wykonywania czynności serwisowych na terenie Polski – w przypadku pkt nr 1 OPZ).**
3. **Pkt 9.3.5 otrzymuje następujące brzmienie:**

9.3.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

- 1) opisy, fotografie lub inne podobne materiały (np. karty katalogowe), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego – z dokumentu ma wynikać wprost spełnienie przez oferowane wyposażenie / artykuł wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie pozycji zamawianego wyposażenia / artykułu: tj. informacje dot. rozmiarów, kolorystyki, rodzaju materiału z którego artykuł jest wykonany oraz inne cechy/właściwości artykułu określone w opisie przedmiotu zamówienia, jak również nazwa producenta lub nr katalogowy – do zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu w poz. 1 kalkulacji cenowej-w każdej pozycji kalkulacji cenowej zał. 3.B do SIWZ.

4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 04.12.2019 r. na dzień 05.12.2019 r.

pkt 11.4, 11.5 ppkt 1, 14.1, 14.3 oraz 14.6 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek – piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 05.12.2019 r. do godz. 9:00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w przetargu ZŻ-ZP.26.51.19 – dostawa wyposażenia w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 05.12.2019 r. do godz. 9:00 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesać pocztą nie później niż do dnia 05.12.2019 r. do godz. 09:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

„Oferta w przetargu ZŻ-ZP.26.51.19: Dostawa wyposażenia w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy w Zespole Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 05.12.2019 r. godz. 9:30”
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój Zastępcy Dyrektora w dniu 05.12.2019 r. godz. 09:30.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Dostawa wyposażenia w sprzęt pierwszej pomocy Zespół Żłobków m. st. Warszawy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

załącznik nr 3a do SIWZ z dnia 28.11.2019 r.

poz.	Opis	Ilość
1	<p>Zautomatyzowany defibrylator AED Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej następujące wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> funkcjonalność: defibrylator może być automatyczny lub półautomatyczny, prosty w obsłudze, niezawodny i stale gotowy do użycia. trwałość: defibrylator musi być odporny na uszkodzenia -szczegółowe parametry odporności zostały określone w dalszej części OPZ, bezpieczeństwo użytkowania: defibrylator podczas pracy musi być bezpieczny dla użytkownika i poszkodowanego stan techniczny: dostarczone urządzenia muszą być sprzętem pełnowartościowym, fabrycznie nowym w pierwszym gatunku, musi zawierać w zestawie szafkę na defibrylator AEDW wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów <ol style="list-style-type: none"> Dwufazowa ścięta wykładniczo fala z uwzględnieniem impedancji pacjenta Energia wstrząsów dla dorosłych 150J, dla dzieci 50J. Wersja automatyczna lub półautomatyczna Widoczny wskaźnik gotowości do użycia lub braku sprawności Łączny czas analizy rytmu serca i ładowania wstrząsu max 10s Przełączenie trybu pracy na pediatryczny za pomocą przycisku (bez żadnych dodatkowych akcesoriów) Wbudowany metronom Automatycznie przeprowadzane autotesty w cyklu codziennym Stopień odporności IP55 przy podłączonych elektrodach i baterii Pamięć cyfrowa rejestrująca wszystkie czynności podczas jego działania oraz dane EKG Bezprzewodowa aktualizacja wytycznych bez konieczności odsyłania do producenta. Po uruchomieniu urządzenie winno wydawać komunikaty głosowe instruujące użytkownika o sposobie postępowania, o działaniach, które powinien wykonać w celu podjęcia akcji ratowniczej z użyciem defibrylatora AED. Informacje i komunikaty głosowe w języku polskim o podejmowanych działaniach między innymi:-nieprawidłowym podłączeniem elektrod-wymaganej defibrilacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia-o wykrzyciu ruchu pacjenta Algorytm postępowania musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z możliwością aktualizacji oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania go do producenta. Automatyczna analiza EKG. Automatyczne dostosowanie energii wyzwalania impulsu defibracyjnego w zależności od wyniku analizy. <p>ELEKTRODY</p> <ol style="list-style-type: none"> Samoprzylepne, każda oznaczona rysunkiem pokazującym dokładne miejsce przyklejenia na ciele Podłączone do defibrylatora podczas przechowywania Jeden uniwersalny rodzaj dla dorosłych i dla dzieci Termin przydatności minimum 24 miesięcy <p>BATERIA</p> <ol style="list-style-type: none"> Pojedyncza, licowa, nieładowna Okres żywotności minimum 48 miesięcy Nowa ma zapewniać co najmniej 120 wyładowań <p>INNE</p> <ol style="list-style-type: none"> Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub autoryzowany dystrybutor wskaże podmioty uprawnione do wykonywania czynności serwisowych na terenie Polski – wraz z zawarciem umowy Wykonawca przedstawi adresy w/w podmiotów. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim. Gwarancja producenta na AED minimum 5 lat. W okresie gwarancji dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw, gwarancyjnych w tym koszty wymiany elektrod i baterii, na czas serwisu dostarczy zastępcze AED Temperatura pracy i czuwania od co najmniej 0,50 stC do co najmniej 40 stC. W zestawie dostawca dostarczy:-torbę transportową do defibrylatora, obsługa AED bez konieczności wyciągania z torby transportowej -gablote, system dedykowany do przechowywania defibrylatorów -piktogram AED oraz instrukcję RKO z AED-apteczka AED (maska CPR, 2 pary rękawic jednorazowych, nożyczki ratownicze, środek dezynfekcyjny golarza jednorazowa) Certyfikat: Dostarczane urządzenie winno spełniać wymagania deklaracji zgodności CE, zgodnej z dyrektywą medyczną 93/42/EEC PN-EN 60601 lub równoważne 	69
2	<p>Plecak dla Patrołu Ratowniczego z Wyposażeniem Plecak powinien:</p>	69

- być wykonany z wytrzymałego materiału,
- posiadać dwie wypinane szaszetki.
- osobno zapakowany worek samorozprężalny i ssak,
- miejsce na kołnierze zaprojektowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca i nie uszkadzały ich konstrukcji,
- przegroda zawiera sprzęt do udroźniania dróg oddechowych, miejsce na środki opatrunkowe.

Zestaw zawiera:

- 6 szt. Rurki ustno gardłowe Gudela
- 1 szt. Resuscytator z maską nr 3 i nr 5, rezerwuarem, przewodem tlenowym
- 1 szt. Ssak mechaniczny ręczny Helbig
- 1 szt. Filtr przeciwbakteryjny Barrierbac „S” DAR
- 3 szt. Zestaw ratunkowy rurek LTD
- 2 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1m²
- 2 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/2m²
- 2 szt. Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m²
- 2 szt. Bandaż dziany 4mx5cm
- 2 szt. Bandaż dziany 4mx10cm
- 2 szt. Bandaż dziany 4mx15cm
- 2 szt. Bandaż elastyczny 4mx8cm
- 2 szt. Bandaż elastyczny 4mx10cm
- 2 szt. Bandaż elastyczny 4mx12cm
- 1 szt. Plaster z opatrunkiem 1mx6cm
- 1 szt. Przylepiec bez opatrunku 5mx2,5cm
- 3 szt. Kompres gazowy jałowy 5cm x 5cm
- 3 szt. Kompres gazowy jałowy 9cm x 9cm
- 1 szt. Nożyczki ratownicze 19 cm ze stopką
- 1 szt. Płyn do dezynfekcji 250ml
- 1 szt. Płyn do dezynfekcji rąk 100ml
- 5 par Rękawiczki lateksowe
- 3 szt. Koc ratunkowy
- 5 szt. Sól fizjologiczna 0,9% 10ml
- 1 szt. Kołnierz regulowany dla dorosłych
- 1 szt. Kołnierz regulowany dla dzieci
- 3 szt. Worki na odpady
- 1szt. Opaska uciskowa